

I . 2 szt. Automatycznych zewnętrznych DEFIBRYLATORÓW (AED) wyposażonych co najmniej / minimalnie w :

- 1) funkcja trybu dorosły/dziecko ,
- 2) możliwość wyboru energii dla pacjentów w różnym wieku,
- 3) możliwość bezprzewodowej transmisji danych ,
- 4) możliwość kilku poziomów głośności ,
- 5) możliwość *Autotestu* : codziennego /tygodniowego / miesięcznego ,
- 6) odporność na wodę i kurz (co najmniej norma : **IPX55**),
- 7) zabezpieczenie blokujące zapobiegające przypadkowej defibrylacji,
- 8) pamięć wewnętrzna (min. 50 godzin),
- 9) możliwość przesyłania sygnałów EKG oraz zdarzeń do komputera,
- 10) wyposażony w jednorazową baterię typu LiMnO₂ o długiej żywotności,
- 11) defibrylator wraz z etui, baterią i podkładką,
- 12) min. 24 m-cy gwarancji

Całość urządzenia w Zestawie zawierającym :

- Defibrylator ,
- Baterię ,
- Elektrody dla dorosłych i dzieci
- Torbę transportową z dodatkową kieszenią na produkty pierwszej pomocy
- Instrukcję obsługi w języku polskim .

Urządzenie winno być wyrobem medycznym dopuszczonym do używania na terenie Polski posiadającym stosowną Deklarację Zgodności/ Certyfikat CE oraz posiadać powiadomienie/zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Urządzenie nie zostało wyprodukowane poza obszarem UE oraz posiada wymagane i stosowne Atesty/Certyfikaty/Normy/Karty Bezpieczeństwa.

II. 2 szt. MANEKINÓW SZKOLENIOWYCH/FANTOMÓW do RESUSCYTACJI OSOBY DOROSŁEJ wyposażonych co najmniej/minimalnie w:

- 1) realistyczne odwzorowanie anatomiczne budowy torsu ciała dorosłego człowieka,
- 2) systemem informacji zwrotnej i/lub diody LED pomagający w prowadzeniu ćwiczeń / zajęć , przekazujący informacje zwrotne na temat jakości wykonywanych ćwiczeń, który winien tworzyć efektywny mechanizm weryfikacji działań w czasie rzeczywistym,
- 3) łatwość utrzymania w czystości - powierzchnia łatwo zmywalna,
- 4) możliwość prawidłowego rozmieszczenia elektrod szkoleniowych,
- 5) powłoka ułatwiająca wielokrotne stosowanie elektrod treningowych AED,
- 6) widoczne i wyczuwalne anatomiczne punkty orientacyjne takie jak : żebra, mostek i sutki, które pomagają zlokalizować właściwe miejsce ucisku oraz przyklejenia elektrod defibrylatora AED ,
- 7) mechanizm odchylenia głowy do tyłu w celu prawidłowego udrożnienia dróg oddechowych ,
- 8) widoczne unoszenie i opadanie klatki piersiowej w czasie wentylacji,
- 9) min. 24 m-cy gwarancji,

Całość urządzenia w Zestawie zawierającym :

- Manekina/Fantoma szkoleniowego ,
- Torbę transportową z możliwością jej wykorzystywania jako mata podczas szkoleń/pokazów/praktyk,
- Instrukcję obsługi w języku polskim .

Produkt winien być dopuszczony do używania na terenie Polski oraz posiadać stosowną Deklarację Zgodności / Certyfikat CE.

Urządzenie nie zostało wyprodukowane poza obszarem UE oraz posiada wymagane i stosowne Atesty/Certyfikaty/Normy/Karty Bezpieczeństwa.